



Počítadlo pevných častíc Parker ACM20

Po piatich rokoch vývoja a testovania už zavedeného a úspešného laserového počítadla pevných častíc v hydraulickom oleji LCM20 bol na trh uvedený prístroj

ACM20 so zdokonaleným softvérom a s lepšou interpretáciou kontaminácie obsiahnutej vo vzorke. Počítadlo pevných častíc Parker ACM20 bolo v súlade so skúšobnou metódou IP 564 Britského energetického úradu začlenené do normy DEFSTAN 9191 (Špecifikácia pohonných látok pre prúdové letecké motory) ako jediná skúška na posudzovanie čistoty leteckého paliva, spolu s gravimetrickou metódou (IP 423 alebo ASTM D5452) a vizuálnou skúšobnou metódou Clear&Bright (IP216 alebo ASTM D2276).

praha@parker.com
www.parker.cz

52