



### **BAP Manotherm na kontrolu tesností nádrží a potrubí**

Prístroj je vyvinutý podľa požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona č. 364/2004 Z. z. SR, resp. vodného zákona č. 254/2001 Sbírky zákonů ČR. Splňuje požiadavky STN (ČSN) 75 3415. Umožňuje súčasne merať absolútny tlak a teplotu počas skúšky tesnosti. Ide o vyhotovenie TANK s prírubou DN16 a G1" určené pre nádrže a PIPE so závitom G1" pre potrubné systémy. Rozsah tlaku je -100 kPa až 10 MPa a teploty -20 až 100 °C (253 až 373 K). Presnosť netesnosti je  $\pm 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3\text{s}^{-1}$ .

meretke@meret.sk  
www.meret.sk

50